

**„Artroskopisko enkuru iegāde”,
iepirkuma identifikācijas Nr. SMC 2015/03**

Tehniskā specifikācija

Nr. p. k.	Preču nosaukums un to parametri (minētā prece vai ekvivalents)	Tehniskās specifikācijas atbilstība: Piedāvā/ nepiedāvā	Piezīmes
	<p>Titāna enkuri: Sterils iepakojumā ar diviem diegiem dažādās krāsās. Diegi (ultra lielmolekulāras masas polietilēns) diegu izmērs - # 2 Ķīmiskais sastāvs - titāna sakausējums medicīnas implantiem. Diegi ielādēti visa implanta garumā. Diegi fiksēti cilpā un iznāk no implanta proksimālās vītnes apaļās daļas. Sterils vienreiz lietojams 4 dažādās krāsās atkarībā no diametra. Diegu dziļu krāsas variācija atkarīga no diametra.</p>		
1	4,5 mm		
2	5.0 mm		
3	5.5 mm		
4	6.5 mm		
	<p>PEEK CF enkuri: Sterils iepakojumā ar diviem diegiem dažādās krāsās. Diegi (ultra lielmolekulāras masas polietilēns) diegu izmērs - # 2 (PEEK -Optima 70% + 30% oglekļa šķiedras). Diegi ielādēti visa implanta garumā. Diegi fiksēti cilpā un iznāk no implanta proksimālās vītnes apaļās daļas. Sterils vienreiz lietojams 4 dažādās krāsās atkarībā no diametra. Diegu dziļu krāsas variācija atkarīga no diametra.</p>		
1	5.0 mm		
2	5.5 mm		

Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis (Paraksts)

Z.v.