

1.pielikumsIepirkumam 8.² p. kārtībā**Zemūdens masāžas vannas**

piegāde un uzstādīšana

Identifikācijas Nr. SMC2014/04

Tehniskā – finanšu piedāvājuma veidlapa

Nr.	Preses nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija	Pretendenta piedāvājums		
		Tehniskā specifikācija/parametri (Pretendents norāda savu konkrēto piedāvājumu un tā parametrus, kā arī iekārtas marku, ražotāju, valsti)	Atsauce uz informatīvo materiālu (lpp Nr.)	Cena bez PVN EUR
1.	Hidromasāžas vanna zemūdens masāžai.			
1.1	Vannai jābūt no organiskā stikla un stikla šķiedras, viengabalainai, uz regulējamām kājām ar gumijas uzgaļiem.			
1.2	Vannas ietilpība ne mazāk kā 600 l			
1.3	Vannas iekšējais izmērs ne mazāk kā 1800 x 800 x 600 mm			
1.4	Vannas ārējais izmērs nepārsniedz 2400 x 950 x 950 mm			
1.5	Vannas iekšpusē jābūt diviem rokturiem, katrs ne īsāks par 1000 mm			
1.6	Vannai jābūt aprīkotai ar kaskādes veida ūdens iepildīšanas sistēmu kura paredzēta iepildīšanas trokšņa mazināšanai			
1.7	Vannai jābūt aprīkotai ar ūdenssūkni ar jaudu ne mazāku kā 200 l/min, sūknim jābūt aizsargātam pret			

	iedarbināšanu bez ūdens			
1.8	Jābūt Iebūvētiem spiediena kontroles vārstiem			
1.9	Vannai ir jābūt ar virpuļ vannas funkciju ar ne mazāk par 8 sprauslām un iebūvētu spiediena kontroles vārstu			
1.10	Masāžas šļūtenei jābūt aprīkotai ar vismaz sešiem dažāda izmēra uzgaļiem ar sprauslas šķērsriezuma izmēru no 40 līdz 140 mm ²			
1.11	Vannai jābūt aprīkotai ar izvelkamu rokas dušu un tās stiprinājumu			
1.12	Vannai jābūt aprīkotai ar regulējamu galvas un kakla atbalstu			
1.13	Vannas ārpusē ir jābūt diviem neslīdošiem pakāpieniem			
1.14	Jābūt atsevišķiem uzpildes vārstiem karstajam un aukstajam ūdenim, kā arī masāžas šļūtenei un rokas dušai			
1.15	Vannai jābūt aprīkotai ar iebūvētu dezinfekcijas sistēmu sūkņa un masāžas šļūtenes dezinficēšanai un atkaļķošanai			
1.16	Kopā ar vannu jāpiegādā tai paredzēts līdzeklis dezinfekcijai (ne mazāk kā viens oriģināls iepakojums) un līdzeklis atkaļķošanai (ne mazāk kā viens oriģināls iepakojums)			
1.17	Vannai jābūt aprīkotai ar iebūvētu četru pakāpju vannas garuma sāisinātāju			
1.18	Vannai jābūt aprīkotai ar manometru			
1.19	Vannai jābūt aprīkotai ar iso transformātoru			
1.20	Vannas notekas savienojuma izmērs ne mazāks par 2 ½".			
1.21	Vannas caurulēm jābūt no misiņa			
1.22	Ierīcei jāatbilst EK direktīvas 93/42/EEC prasībām, kā			

	arī IEC higiēnas un elektro drošības prasībām			
1.23	Piegādātājam ir ražotāja autorizācijas vēstule par tiesībām uzstādīt un apkalpot piedāvāto iekārtu			
1.24	Krása (ārēja vannas daļa- balta , iekšējā vannas daļa zila -Pastel blue)			
			Kopā bez PVN:	
			21 % PVN	
			Kopā ar PVN:	

Pretendenta paraksts _____